



सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
बयालपाटा प्रादेशिक अस्पताल
साफेवगर - ७, अछाम

फोन नं. ०१७-६२५०२६,
९८४८६२८४४९
इमेल: bph2082@gmail.com

क्याटलग सपिड विधिवाट Infant Resuscitator Equipment [10 Kg Ventilator] खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना

चौथो पटक प्रकाशित मिति : २०८३/०१/२८ गते

यस अस्पताललाई आवश्यक पर्ने तपसिल अनुसारको १ (एक) सेट सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (संशोधन सहित) को दफा ८ (१) (क) (ड) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (संशोधन सहित) को नियम ३१ (ख) बमोजिम क्याटलग सपिड विधिवाट खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक उत्पादक कम्पनी वा त्यसका आधिकारिक विक्रेताहरूवाट प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा प्रस्ताव आह्वान गरिन्छ। इच्छुक उत्पादक कम्पनी वा आधिकारिक विक्रेताले फर्म दर्ता, भ्याट दर्ता, एजेन्सी दर्ता प्रमाणपत्र, Letter of Authorization तथा आ.व. २०८१/०८२ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको नोटरी पब्लिकवाट प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ (ख) को उपनियम (२) अनुसार देहाय बमोजिमको को Infant Resuscitator Equipment (10Kg Ventilator) प्राविधिक स्पेसिफिकेशन, गुणस्तर, मूल्य र सुविधा सहितको विवरण (क्याटलग वा ब्रोसर) संलग्न गरी सूचना प्रकाशित मितिले ७ दिन (मिति २०८३/०२/०३ गते दिउँसो १२:०० बजे भित्र) यस कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ। साथै Infant Resuscitator Equipment (10Kg Ventilator) को प्राविधिक स्पेसिफिकेशन प्रस्ताव सम्बन्धी थप जानकारीका लागि यस अस्पतालको इमेल: bph2082@gmail.com र Website: <https://bph.sudurpashchim.gov.np> मार्फत जानकारी लिन सकिनेछ।

आवश्यक Infant Resuscitator Equipment (10 Kg Ventilator) को विवरण

सि.नं.	उपकरणको नाम	आवश्यकताहरू (सामान्य विवरण)	संख्या	कैफियत
१.	10KG Ventilator	<ul style="list-style-type: none">System Type: A turbine-based ventilator for adult, pediatric, and neonate patients featuring Adaptive Ventilation Mode (AVM) for faster weaning.Performance: Delivers tidal volumes from 2 to 2500 ml with high flow oxygen therapy (up to 80L/min) and automatic leakage compensation.Interface: Equipped with a 13-inch or larger full-color HD touchscreen display and a battery backup exceeding 4 hours.Clinical Features: Supports extensive modes (AC, SIMV, CPAP, APRV, Bi-level) with integrated pneumatic nebulization and lung recruitment tools.Compliance: Must be USFDA and CE approved, provided with a 2-year general warranty and a 5-year warranty on the turbine.	१ सेट	

डा. मन्दिप पाठक
कार्यकारी निर्देशक